Konstanzprüfung Gammakamera SPECT (arbeitstäglich)
Nulleffekt und Peaklage

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Untergrund	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW =** **cpm** **RS =** **cpm** (BW +20%) **TG =** **cpm** (BW +50%)

Energiefenster	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW: ____ keV** **RS: Min.: ___,_ Max.: ___,_ keV** (BW+2%) **TG: Min.: ___,_ Max.: ___,_ keV** (BW+4%)	**Monat:**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	Kollimator	Untergrund/Nulleffekt [cpm]	Energiefenster [keV]	Unterschrift