Konstanzprüfung Gammakamera SPECT (arbeitstäglich)

Nulleffekt und Peaklage

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Untergrund	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**Detektor 1 (D1)** **BW =** **cpm** **RS =** **cpm** (BW +20%) **TG =** **cpm** (BW +50%) **Detektor 2 (D2)** **BW =** **cpm** **RS =** **cpm** (BW +20%) **TG =** **cpm** (BW +50%)

Energiefenster	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW: ____ keV** **RS: Min.: ___,_ Max.: ___,_ keV** **TG: Min.: ___,_ Max.: ___,_ keV**	**Monat:**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	Kollimator	UG [cpm]	UG [cpm]	Energiefen-ster [keV]	Energiefen-ster [keV]	Unterschrift
		D1	D2	D1	D2	