Konstanzprüfung Gammakamera SPECT wöchentlich
Homogenität (extrinsisch) und Ausbeute

Betreiber:		
Gerätename:	**Geräte-ID:**	**Quartal**

Strahlenquelle:	☐ **Punktquelle**	☐ **Flächenquelle**
Nuklid: ^{99m}Tc	**Energiefenster:**	**Kollimator:**

Referenz-werte	**Homogenität im UFOV:** **RS: 3%** **TG: 5%**	**D1**	**BW Ausb.:** **RS: Min.:** **Max.:** **TG: Min.:** **Max.:**	**cps/MBq** **cps/MBq** (RS = BW ±5%) **cps/MBq** **cps/MBq** (TG = BW ± 10%) **cps/MBq**
		D2	**BW Ausb.:** **RS: Min.:** **Max.:** **TG: Min.:** **Max.:**	**cps/MBq** **cps/MBq** (RS = BW ±5%) **cps/MBq** **cps/MBq** (TG = BW ± 10%) **cps/MBq**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	HWZ-korrigierte Aktivität [MBq]	Integrale Homogenität im UFOV [%]		Ausbeute [cps/MBq]		Unterschrift
		D1	D2	D1	D2	