Konstanzprüfung Aktivimeter (halbjährlich)
LINEARITÄT (Zerfallsmethode)

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Nuklideinstellung: ^{99m}Tc	**Unterschrift:**

RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

RS: ±3% vom Sollwert TG: ±5% vom Sollwert

Datum	Uhrzeit	Abklingzeit [h]	Istwert (abzüglich Untergrund) [MBq]	Sollwert [MBq]	Abweichung Q [%]