Konstanzprüfung Aktivimeter (arbeitstäglich)
Nulleffekt und Ausbeute

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Nulleffekt	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW =** (<0,5 MBq)	**RS =** (BW + 50%)	**TG =** (BW + 100%)

Ausbeute	**Prüfstrahlernuklid: ^{137}Cs**	**Sollwert:**	**Monat:**
	Prüfstrahler-Nr.:	**Nuklideinstellung: ☐ ^{137}Cs ☐ ^{99m}Tc**	

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	**Nulleffekt [MBq]**	**Ausbeute [MBq]**	**RS Ausbeute[MBq]** (BW ± 3%)		**TG Ausbeute[MBq]** (BW ± 5%)		**Unterschrift**
			Min.	**Max.**	**Min.**	**Max.**	