Konstanzprüfung Gammakamera planar (arbeitstäglich)
Nulleffekt und Peaklage

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Untergrund	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW =** **cpm** **RS =** **cpm** (BW +20%) **TG =** **cpm** (BW +50%)

Energiefenster (Autopeak)	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW:** **keV** **RS: ±2%** **TG: ±4%**	**Monat:**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	Kollimator	Untergrund/Nulleffekt [cpm]	Energiefenster Autopeak Korrekturwert [%]	Unterschrift