

MERKBLATT

Erforderliche Angaben in der Ultraschall-Bilddokumentation
nach §§ 9 und 10 sowie Anlage III der Ultraschall-Vereinbarung

The image shows a Siemens ultrasound screen with various data fields and a B-mode image. Annotations in pink boxes point to specific information on the screen:

- Patientenidentität (Name und Alter/Geburtsdatum oder ID-Nr):** Praxis Dr. Max Mustermann, Brigitte Beispiel, 01.01.1960 (68J.)
- Praxisidentifikation:** Praxis Dr. Max Mustermann
- Untersuchungsdatum:** 05:49:33 Mo 16/07/2018
- Gerätebezeichnung:** SIEMENS
- Schallkopfbezeichnung:** C5-2
- Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich:** 3.5
- Entfernungsmaßstab:** 16h
- ggf. gewählte Sendefokusposition:** (indicated by a dashed arrow pointing to the focal zone setting)
- Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung:** (indicated by a dashed arrow pointing to the anatomical diagram at the bottom left)
- Optional: Organbezeichnung:** (indicated by a dashed arrow pointing to the 'Abd' field)
- zur Befunderstellung notwendige Messwerte und Messmarker:** D1 = 53.9mm (indicated by a dashed arrow pointing to a measurement line on the B-mode image)

Beispielbild – Bilddaten und Positionierung variieren je nach Gerät!