Konstanzprüfung Gammakamera SPECT (arbeitstäglich)

Nulleffekt und Peaklage

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Untergrund	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**Detektor 1 (D1)** **BW = cpm** **RS = cpm** (BW +20%) **TG = cpm** (BW +50%) **Detektor 2 (D2)** **BW = cpm** **RS = cpm** (BW +20%) **TG = cpm** (BW +50%)

Energiefenster (Autopeak)	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**BW: ____ keV** **RS: +/- 2%** **TG: +/- 4%**	**Monat:**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	Kollimator	UG [cpm]	UG [cpm]	Energiefenster Autopeak Korrekturwert [%]	Energiefenster Autopeak Korrekturwert [%]	Unterschrift
		D1	D2	D1	D2	