Konstanzprüfung Gammakamera SPECT wöchentlich
Homogenität (extrinsisch) und Ausbeute

Betreiber:		
Gerätename:	**Geräte-ID:**	**Quartal**

Strahlenquelle:	☐ **Punktquelle**	☐ **Flächenquelle**
Nuklid: ^{99m}Tc	**Energiefenster:**	**Kollimator:**

Referenz-werte	**Homogenität im UFOV:** **RS: 4%** **TG: 5%**	**D1**	**BW**	**Ausb.:**	**cps/MBq**
			RS:	**Min.:**	**cps/MBq** (RS = BW +/- 5%)
				Max.:	**cps/MBq**
			TG:	**Min.:**	**cps/MBq** (TG = BW +/- 10%)
				Max.:	**cps/MBq**
		D2	**BW**	**Ausb.:**	**cps/MBq**
			RS:	**Min.:**	**cps/MBq** (RS = BW +/- 5%)
				Max.:	**cps/MBq**
			TG:	**Min.:**	**cps/MBq** (TG = BW +/- 10%)
				Max.:	**cps/MBq**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	**HWZ-korrigierte Aktivität [MBq]**	**Integrale Homogenität im UFOV [%]**		**Ausbeute [cps/MBq]**		**Unterschrift**
		D1	**D2**	**D1**	**D2**	