Konstanzprüfung Sondenmessplatz arbeitstäglich
Untergrundzählrate und Ausbeute

Betreiber:		
Gerätename:	**Geräte-ID.:**	**___. Quartal 20___**

Nuklideinstellung für die Qualitätskontrolle: ^{99m}Tc	**Untergrund** **BW:** Mittelwert aus mind. 10 Messungen mit > 100 Impulsen **(cpm)** **RS** (bei BW <= 0,3/s)**:** **cpm** (BW + 50%) **RS** (bei BW > 0,3/s): **cpm** (BW + 25%) **TG** (bei BW <= 0,3/s)**:** **cpm** (BW + 100%) **TG** (bei BW > 0,3/s)**:** **cpm** (BW + 50%)	**(Zählrate > 10.000 Impulse!)** **Ausbeute** **BW:** **cpm** **RS: Min.:** **cpm** **Max.:** **cpm** **TG: Min.:** **cpm** **Max.:** **cpm** (RS = BW +/- 3% TG = BW +/- 5%)

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	Untergrundzählrate [cpm]	Ausbeute [cpm]	Unterschrift