Konstanzprüfung Gammakamera wöchentlich planar
Homogenität und Ausbeute

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Strahlenquelle:	☐ **Punktquelle**	☐ **Flächenquelle**
Nuklid: ^{99m}Tc	**Energiefenster:**	**Kollimator:**

Referenz-werte	**Homogenität im UFOV:** **RS: 6%** **TG: 8%**	**BW Ausb:** **cps/MBq** **RS: Min.:** **cps/MBq** (RS = BW +/- 5%) **Max.:** **cps/MBq** **TG: Min.:** **cps/MBq** (TG = BW +/- 10%) **Max.:** **cps/MBq**	**Quartal**

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	HWZ-korrigierte Aktivität [MBq]	Ausbeute [cps/MBq]	Integrale Homogenität im UFOV [%]	Unterschrift