Konstanzprüfung SLN-Sonde (arbeitstäglich)
Untergrund und Ansprechvermögen

Betreiber:	
Gerätename:	**Geräte-ID:**

Prüfstrahlernuklid:	**Prüfstrahler-Nr.:**	**Nuklideinstellung: ^{99m}Tc**	**Datum:**
Referenzwerte	**Untergrund** **BW:** **(cpm)** **RS** (bei BW <= 0,3/s)**:** **cpm** (BW + 50%) **RS** (bei BW > 0,3/s): **cpm** (BW + 25%) **TG** (bei BW <= 0,3/s)**:** **cpm** (BW + 100%) **TG** (bei BW > 0,3/s)**:** **cpm** (BW + 50%)	**Ansprechvermögen** **BW:** **cpm** **RS:** **cpm** (BW +/- 10%) **TG:** **cpm** (BW **+/-** 15%)	

BW = Bezugs- oder Referenzwert; RS = Reaktionsschwelle; TG = Toleranzgrenze

Datum	Untergrund [cpm]	Ansprechvermögen [cpm]	Unterschrift